



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9908

# 检 验 报 告

报告编号：AH2020-QSJ-00397

检 品 名 称：一次性使用医用口罩

检 验 目 的：委托检验

安徽省食品药品检验研究院



# 说 明

- 一、本报告涂改、增加、删减和未在内页第一页及骑缝加盖  
我院检验报告专用章无效。
- 二、复制检验报告未重新加盖我院检验报告专用章无效。
- 三、本检验报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的  
检验结果。
- 四、如对本检验报告有异议，请于收到报告之日起在国家有  
关文件规定的时间期限内以书面形式提出，逾期不予受  
理（另有规定除外）。
- 五、未经我院书面同意，本检验报告不得用于广告等宣传，  
否则后果自负。

## 六、联系方式

邮编：230051

单位地址：合肥市包河大道与乌鲁木齐路交界处

电话：0551-63710010

食品检验所地址：合肥市延安路13号

电话：0551-63356518

复检及投诉电话：0551-63710067

网址：[www.ahifdc.org.cn](http://www.ahifdc.org.cn)

# 安徽省食品药品检验研究院

## 检验报告首页

报告编号：AH2020-QSJ-00397


共 3 页 第 1 页

样品名称	一次性使用医用口罩	样品编号	AH2020-QSJ-00397
	送样 (√)      抽样 ( )		
商 标	Tkmd	型号规格	儿童款 14.5cm x 9cm
委托方	安徽天康医疗科技股份有限公司	检验类别	委托检验
委托方地址	安徽省天长市经济开发区纬一路228号	产品编号/批号	批200412
生产单位	安徽天康医疗科技股份有限公司	抽样单编号	/
受检单位	安徽天康医疗科技股份有限公司	生产日期	20200412
抽样单位	/	样品数量	100个
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样日期	/	检验地点	安徽省食品药品检验研究院
收样日期	2020/05/06	检验日期	2020/05/06~2020/05/26
检验项目	4.1-4.7.1		
检验依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》		
检验结论	所检项目符合YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》 的要求。 (检验报告专用章或检验单位公章) 签发日期：2020/5/26		
备注	报告中“—”表示不适用项，“/”表示空白项。		

批 准：



审 核：



主 检：



职 务：

授权签字人

# 安徽省食品药品检验研究院

## 检验报告

报告编号: AH2020-QSJ-00397

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论
1	外观	4.1	口罩外观应整洁、形状完好, 表面不得有破损、污渍	符合要求	符合
2	结构与尺寸	4.2	口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌	符合要求	符合
			长度: 14.5 cm 允差±5%	14.4~14.5 cm	
			宽度: 9 cm 允差±5%	9 cm	
3	鼻夹	4.3.1	口罩上应配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成	符合要求	符合
		4.3.2	鼻夹长度应不小于 8.0 cm	10.2~10.3 cm	符合
4	口罩带	4.4.1	口罩带应戴取方便	符合要求	符合
		4.4.2	每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N	符合要求	符合
5	细菌过滤效率 (BFE)	4.5	口罩的细菌过滤效率应不小于 95%	100%	符合
6	通气阻力	4.6	口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于 49 Pa/cm <sup>2</sup>	30~33 Pa/cm <sup>2</sup>	符合
7	微生物指标	4.7.1	细菌菌落总数: 应 ≤ 100 CFU /g	4 CFU /g	符合
			大肠菌群: 不得检出	未检出	
			绿脓杆菌: 不得检出	未检出	
			金黄色葡萄球菌: 不得检出	未检出	
			溶血性链球菌: 不得检出	未检出	
			真菌: 不得检出	未检出	

本页以下空白

# 安徽省食品药品检验研究院 检验报告照片页

报告编号: AH2020-QSJ-00397

共 3 页 第 3 页

照片和说明



样品描述

/

型号规格或其它说明

儿童款 14.5cm × 9cm