

Test-ID	Handelsname	Evaluierung PEI	Hersteller			Europäischer Bevollmächtigter			Testort*	Sensitivität		Spezifität		Gebrauchsanwe...
			Name ↑	Stadt	Land	Name	Stadt	Land		%	95%iges Vertrauensintervall	%	95%iges Vertrauensintervall	
AT472/21	SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	Ja	Shenzhen Huian Biosci Technology Co., Ltd.	Shenzhen	CN	SUNGO Europe B.V.	Olympisch	NL	POC (ohne Gerät)	91,59	84,63 - 96,08	97,69	93,40 - 99,52	Link öff...
AT1091/21	SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold)	Ja	Shenzhen Huian Biosci Technology Co., Ltd.	Shenzhen	CN	SUNGO Europe B.V.	Olympisch	NL	POC (ohne Gerät)	94,60	88,5 - 98,0	99,10	96,8 - 99,9	Link öff...